

Broj:06-JN-04-11/2023  
Konjic, 12.01.2023. godine

Na osnovu člana 53. Stav (6) zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14 I 59/22) i tačke 31. Ispravka i/ili TD, traženje pojašnjenja, Tenderske dokumentacije broj: 06-JN-04-433/2022 od 27.12.2022. godine, za provođenje otvorenog postupka za nabavku Medicinskog potrošnog materijala, direktor JU Opća bolnica Konjic, utvrđuje:

### Izmjenu

### Tenderske dokumentacije za provođenje otvorenog postupka za nabavku Medicinskog potrošnog materijala, objavljenog na Portalu javnih nabavki pod brojem 11089-1-1-35-3-35/22 od 27.12.2022. godine

#### I

U Tenderskoj dokumentaciji, II PODACI O PREDMETU NABAVKE, tačka 8. Tehnička specifikacija dodaje se tekst:

#### Ekvivalent

Ugovorni organ u tehničkoj specifikaciji koristi izraz „ili ekvivalent“ jer se radi o proizvodima određenog proizvođača. Ugovorni organ zahtjeva od svakog ponuđača koji nudi proizvode kao ekvivalente, da u za to predviđenom praznom mjestu u tehničkoj specifikaciji navede da nudi ekvivalentne proizvode (sa svim podacima o proizvodu i tipu proizvoda). Proizvodi koji su navedeni u tehničkoj specifikaciji smatraju se ponuđenim ako ponuđač ne navede druge proizvode u rubrici ekvivalent. Ugovorni organ s obzirom da posjeduje aparate, ne prihvata nikakve donacije aparata. Ponuđač koji nudi ekvivalent dužan je dostaviti pisanu izjavu (potpisanu i ovjerenu) od proizvođača aparata ili ovlaštenog distributera.

Izjava sadrži sljedeće:

- Da će proizvodi (test trake) koje nudi kao ekvivalent odgovarati navedenim aparatima koje posjeduje Ugovorni organ
- Da upotreba proizvoda ( test trake) koje nudi neće dovesti do nepotrebnih kontrola gdje se analize moraju ponavljati, što povlači povećanu potrošnju traka
- Da su test trake koje su predmet ove nabavke aplikabilne za postojeće aparate
- Da će aparati davati tačne i precizne rezultate
- Da upotreba ponuđenih test traka neće uticati na pravilan rad aparata, niti uzrokovati kvar ili uništenje aparata, u suprotnom taj ponuđač, ako mu bude dodjeljen ugovor, snosi svu odgovornost kao i eventualnu štetu za kvarove

#### II

Anex II Obrazac za cijenu ponude SPECIFIKACIJA za Lot 26- Test trake za određivanje glukoze u krvi dodaje se kolona Ekvivalent. U prilogu izmjene je izmjenjena specifikacija za Lot 26.

#### III

Izmjene iz tačke I i II sastavni su dio Tenderske dokumentacije i iste će se objaviti na Portalu javnih nabavki dana 12.01.2023. godine i web stranici ugovornog organa.

#### IV

Imajući u vidu činjenicu da izmjene Tenderske dokumentacije iz tačke I i II ne predstavljaju suštinsku promjenu predmeta nabavke, Ugovorni organ ne produžava rok za dostavljanje ponuda.

Dakle, rok za dostavljanje ponuda je nepromjenjen i on je: 27.01.2023. godine do 10,30 sati.

Dostavljeno:

- Portal javnih nabavki
- Web stranica Ugovornog organa



Direktor  
Dr. Lepara Dženah